



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA - PR

CNPJ nº. 75.392.019/0001-20

Rua Antônio Manoel dos Santos, 151 – CEP: 86.350-000 - Fone: (43) 3531-1144

Objeto: Aquisição de material de consumo e equipamentos para a Farmácia Municipal e Unidades Básicas de Saúde – Pregão 41/2017

No dia 28 de junho de 2017, às 14:30h, reuniram-se no prédio da Prefeitura Municipal, sito à Rua Antônio Manoel dos Santos nº. 151, na cidade de Santa Mariana-PR, a equipe de enfermagem do município, no final identificada, para analisar a aceitabilidade das amostras apresentadas conforme segue:

Item	Nome do produto/serviço	Empresa	Marca	Amostra	Aprovado	Observação
1	Agulha 25 x 06, possuindo as normas NBR ISO 9001 e NBR ISO 14001, discriminados na embalagem do produto. Caixa com 100 unidades.	Duomed	Solidor	Sim	Sim	
2	Álcool Gel, acondicionado em embalagem plástica de 500gr, com selo de registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	Marymed	Biolux	Sim	Sim	
3	Auto Lanceta, atende ao Nr 32, penetração consistente, esterilizadas por radiação, acionamento automático por contato, espessura ultrafina para punção indolor, não permite reutilização, descarte seguro, diâmetro da agulha 28G, tipo trifacetada, em aço inoxidável, caixa com 100 unidades.	Duomed	Cral	Sim	Sim	
4	Bolsa para Coleta de Drenagem Urinária por Sistema Fechado, estéril, fabricada em PVC, possuir tubo extensor transparente e flexível, tubo de drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte de fixação atóxico epirogênico.	Duomed	Labor Import	Sim	Sim	
5	Clorhexidina 2% de digliconato de clorhexidina, solução de tensoativos, antisséptico tópico, frasco contendo 100 ml.	Duomed	Rioquímica	Sim	Sim	
6	Dispenser para Sabonete Líquido e Álcool Gel Constituído em plástico com alta resistência ao	Marymed	Bellplus	Sim	Sim	

Assinatura

Alm.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA - PR

CNPJ nº. 75.392.019/0001-20

Rua Antônio Manoel dos Santos, 151 – CEP: 86.350-000 - Fone: (43) 3531-1144

	Impacto. Material em abs de baixa densidade. Sistema de fechamento que dispensa chave. Habitação com todas as paredes revestidas. Compatível com refil e reservatório de até 800ml. Dimensões aproximadas: 12 cm de profundidade, 11 cm de largura e 26 cm altura.					
7	Especulo vaginal G, estéril e lubrificado descartável, apresentando contornos lisos e regulares, sem reentrâncias e ou protuberâncias com as seguintes medidas; 43 mm em sua largura distal; 36 mm em sua maior largura proximal e 116 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados.	Duomed	Cral	Sim	Sim	
8	Fita autoclave 19mm x 30m			Não	Não	
9	Fita micropore, hipoalergênica 25 mm x 10 m com capa.	Marymed	Missner	Sim	Sim	
10	Hipoclorito de sódio, solução a 1%, embalagem de 1 litro	Duomed	Vick Farma	Sim	Sim	
11	Esfingomanômetro com estetoscópio tipo adulto, com manômetro de alta pressão e braçadeira em tecido não sintético e antialérgico, com fecho de metal, válvula de ar com pé e manguito de borracha sintética de alta resistência e esteto de aço inoxidável, com tubos "Y" internos ajustáveis, proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos, anel e diafragma com tratamento "anti-frio", certificado de acordo com a portaria do inmetro nr 24, de fevereiro de 1996.	Marymed	Premium	Sim	Sim	
12	Kit para inalação completo, com micronebulizador, extensão com conector para ar comprimido ou oxigênio, e máscara adulto ou infantil em silicone.	Marymed	Daru	Sim	Sim	
13	Lâmina de bisturi nº. 12 - caixa com 100			Não	Não	

Apresenta



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA - PR

CNPJ nº. 75.392.019/0001-20

Rua Antônio Manoel dos Santos, 151 – CEP: 86.350-000 - Fone: (43) 3531-1144

14	PVPI Degermante 1000 ML		Duomed	Rioquímica	Sim	Sim	
15	PVPI Tópico 1000 ML		Duomed	Rioquímica	Sim	Sim	
16	Seringa descartável s/agulha 20ml		Marymed	SR Injex	Sim	Sim	
17	Sonda uretral de alívio nº 10		Marymed	Medsonda	Sim	Sim	
18	Termômetro Analógico para caixa/geladeira de Vacina com haste flexível. Escala -25 à +30°C, divisão 1°C. Em base plástica, escala externa, capilar transparente, cabo de 700 mm e enchimento a líquido vermelho. Garantia mínima de 6 meses		Duomed	Incoterm	Sim	Não	Não utilizamos termômetro com coluna de mercúrio

Alini Kety Sano

CPF: 037.107.639-08

Ariadne Aleixo Graciolli

CPF: 046.858.419-64