



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

## Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

### AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

**REF.:** Pregão (Presencial) Nº 51/2017.

**OBJETO:** Aquisição de Produtos de Uso Médico para atender as necessidades do Centro de Saúde e Hospital Municipal.

**PROCEDIMENTO:** Conforme item "3.8" do Edital e item "II" do Termo de Referência.

**AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS AMOSTRAS:** A fim de possibilitar a verificação dos itens ofertados às especificações elencadas neste documento, serão considerados como critérios avaliativos do produto:

a) Qualidade; b) Durabilidade; c) Usabilidade; d) Adequabilidade às necessidades dos pacientes.

**EMPRESA:** ESPAÇO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 10.569.258/0001-67

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	ANALISE
1	100	pct	Abaixador de língua de madeira descartável. Pacote c; 100 unid. /espátula de madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 13,5 cm de comprimento 1,5 cm de largura, 2 mm de espessura e embalados em pacote com 100 unidades. Registro no MS.	THEOTO	aprovado
9	100	cx	Dispositivo masculino p/ incontinência urinária nº 06 grande – Dispositivo masculino p/ incontinência urinária nº 06 grande, em latex natural centrifugado a 60%, pré talcado, atóxico, formato anatômico, que se desenrole sobre o órgão genital masculino, registro no M.S., data fabricação, lote e validade.	INOVATEX	aprovado
12	50	Frasco	Gel p/ desfibrilador cardíaco , cor azul - frasco c/ 100 ml. Especialmente desenvolvido para uso como meio de transmissão de impulsos elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo nos exames de eletrocardiograma. Deve ser isento de sal (NaCl) para não danificar os eletrodos. Ph neutro, inodoro, alta condutividade elétrica, inofensivo e de coloração azul. Frasco contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS.	RMC	aprovado
19	20	Uni	Oculos de protecao - lentes acrilico transparente; anti-embasante, cristal, policarbonato incolor, protecao lateral, superior e inferior, haste total e meia haste com elastico, ambas com fendas para ventilacao. tamanho: 54mm embalagem constando externamente os dados de identificacao procedencia, data de fabricacao, validade, numero de lote e registro no m.s	SUPERMEDY	aprovado
23	100	Uni	Tala de Imobilização de braço em papelão - dimensão 45 x 20 cm	CHS	aprovado
30	30	pote	Carvão ativado em pó.- 50 g.	UNIÃO QUIMICA	aprovado



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

## Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

31	6	cx	Integrador Quimico Integrador classe 4. Indicador multi parâmetro para monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclave a vapor ( tempo, temperatura e presença de gás de óxido de etileno). Em conformidade com a norma ISO 11140-1. Produto livre de chumbo.	CLEAN-UP	aprovado
32	6	cx	Integrador Quimico Integrador classe 5. Desenvolvido para monitoração e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor 121° C ou 134° C ( tempo, temperatura e vapor).Produto livre de chumbo, mercúrio, bário e látex. Em conformidade com a norma ISO 11140-1.	CLEAN-UP	aprovado
45	2	Pacote	Tubo de silicone nº 201 - tubo de silicone nº 201 - 8,00 x 4,00 mm, 100 % silicone puro, cor natural transparente, parede interna lisa de espessura uniforme, parede externa com resistencia a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave). Pacote com 15 Metros.	PERFILTECNICA	aprovado
51	300	cxs	Agulha nº 13 X 3,0 cx c/ 100 unid. Com bisel tri-facetado, cânula siliconizada e identificada por cores condizentes ao padrão correspondente ao tamanho e calibre. Agulha estéril embalada individualmente, acondicionadas em caixas secundárias com 100 unidades.	BD	aprovado
91	100	Un	Coletor de Material Pérfuro-Cortante 7L Papel cartão duplo e encerado que evite vazamento de fluídos e líquidos, dupla trava, duplo revestimento internode sacola com bandeja pré-montada e alça dupla. Contendo informações como material infectante, simbologia, com tabela para identificação, capacidade (7L). segundo normas padronizadas para desprezo de material pérfuro-cortante.	DESCARBOX	aprovado
92	30	Pacote	Compressa cirurgica (campo operatorio) 45 x 50 cm- 30g /unid confeccionada com fios 100% algodao, altamente absorvente, isento de impurezas, com amarrações que evitem o deslizamento entre camadas, as bordas com costura overlak, extremidades com cadarço duplo c/ 50 unidades, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, lote e registro no M.S.	AMÉRICA	<b>REPROVADO</b>
106	10	KITS	Dreno de Tórax completo Adulto Kit para drenagem de tórax com extensor 2000mL + dreno	BIOTEC	aprovado
107	10	KITS	Dreno de Tórax completo Infantil Kit para drenagem de tórax com extensor 2000mL + dreno	BIOTEC	aprovado
110	800	Uni	Equipo para administração de soluções	EMBRAMED	aprovado



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

## Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

			parenterais sistema fechado, para uso em bombas de infusão com, no mínimo, 220 cm de comprimento e tubo extensor de PVC com no mínimo 215 cm e volume de preenchimento de no máximo 30 ml, com câmara gotejadora flexível, com ponta perfurante universal com tampa protetora, com filtro de retenção de partículas de 15 micras, entrada de ar lateral com filtro bacteriológico de 0,2 micras e tampa, tubo conector, segmento de silicone, injetor lateral com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock e terminação com rosca e tampa protetora, fabricada com material atóxico. Fabricado com material atóxico, embalagem individual em papel GC, estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Compatível com aparelho da marca B Braun. Contar externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade.		
123	72	unid	Fio de sutura Catgut cromado nº 4.0 c/agulha 3cm, 1/2, cilíndrica – Fio de sutura cirúrgica Catgut cromado, estéril- nº 4-0 com agulha 3cm, 1/2 de círculo cortante, 75 cm de comprimento. Embalagem unitária interna de alumínio com tamanho da agulha desenhado em formato real, esterilização em raios gama cobalto 60, com ótima fixação do nó cirurgico, alta resistencia à tração.	SHALON	aprovado
124	72	Uni	Fio de sutura Catgut cromado nº 4.0 c/agulha 3cm, 1/2, triangular – Fio de sutura cirúrgica Catgut cromado, estéril- nº 4-0 com agulha 3cm, 1/2 de círculo cortante, 75 cm de comprimento. Embalagem unitária interna de alumínio com tamanho da agulha desenhado em formato real, esterilização em raios gama cobalto 60, com ótima fixação do nó cirurgico, alta resistencia à tração.	SHALON	aprovado
137	288	Uni	Fio de sutura nylon 3-0 1/2 . TRIANGULAR. Com agulha 4,0 cm . Com fio resistente, preto monofilamento ou USP, não absorvível classe II, estéril e agulha triangular/cuticular. Com 45 cm de compr., agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Esterilização: raios gama ou cobalto 60.	SHALON	aprovado
138	288	Uni	Fio de sutura nylon 3-0 1/2 . TRIANGULAR. Com agulha 3,0 cm . Com fio resistente, preto monofilamento ou USP, não absorvível classe II, estéril e agulha triangular/cuticular. Com 45 cm de compr., agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em	SHALON	aprovado



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

## Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

			envelope individual. Esterilização: raios gama ou cobalto 60.		
139	144	UN	Fio de sutura nylon 4-0 1/2 TRIANGULAR. Com agulha 3,0 cm. Com fio resistente, preto monofilamento ou USP, não absorvível classe II, estéril e agulha triangular/cuticular. Com 45 cm de compr., agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Esterilização: raios gama ou cobalto 60.	SHALON	aprovado
146	1000	pacotes	Fralda Geriátrica descartável com elástico, tamanho G – Fralda Geriátrica descartável com elástico nas pernas, gel absorvente e com barreira, tamanho G. Pacote com 8 unidades.	DESCARPACK	aprovado
147	100	pacotes	Fralda Geriátrica descartável com elástico, tamanho M – Fralda Geriátrica descartável com elástico nas pernas, gel absorvente e com barreira, tamanho M. Pacote com 8 unidades.	DESCARPACK	aprovado
152	10	rolo	Extensão p/ frasco umidificador de oxigênio – Extensão em PVC para frasco umidificador de oxigênio, atóxico, com aproximadamente 1,20m de comprimento.	UNITEC	aprovado
153	10	rolo	Extensão p/ inalação a ar comprimido amarelo – Extensão p/ inalação a ar comprimido amarelo 1,2 m , perfeitamente adaptável às máscaras e recipientes marca NS	UNITEC	aprovado
163	3	cx	Lamina de bisturi nº15, indicada para cortar tecidos celulares em procedimento cirurgicos. usada em cabo de bisturi numero 3, produzida em aco carbono, esterilizada por raio gama, embalados individualmente em material aluminizado com absorvente de umidade na parte interna. caixa com 100 unid.constando externamente na embalagem os dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao e validade, numero de lote e registro no m.s	ADVANTIVE	aprovado
165	3	cx	Lamina de bisturi nº23, indicada para cortar tecidos celulares em procedimento cirurgicos. usada em cabo de bisturi numero 3, produzida em aco carbono, esterilizada por raio gama, embalados individualmente em material aluminizado com absorvente de umidade na parte interna. caixa com 100 unid.constando externamente na embalagem os dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao e validade, numero de lote e registro no m.s	ADVANTIVE	aprovado
173	2	unid	Laringoscopia completo - Infantil - Kit – Laringoscopia Infantil com 3 laminas retas (0, 1 e 2) com estojo, Kit	MISSOURI	aprovado
174	3	unid	Máscara p/ ressuscitador, adolescente, silic, transp, bordas infláveis - nº 1 – Máscara p/ ressuscitador manual adolescente, silicone, transparente, c/ bordas infláveis - nº 1,	ROMED	aprovado



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

## Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

			autoclavável, não estéril, com adaptador universal. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação, lote, validade, procedência e registro no MS.		
175	3	unid	Máscara p/ ressuscitador, adulto, silic, transp, bordas infláveis - nº 2 – Máscara p/ ressuscitador manual adulto, silicone, transparente, c/ bordas infláveis - nº 2, autoclavável, não estéril, com adaptador universal. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação, lote, validade, procedência e registro no MS.	ROMED	aprovado
176	3	Uni	Máscara p/ ressuscitador, adulto, silic, transp, c/ bordas infláveis - nº 3 – Máscara p/ ressuscitador manual adulto, silicone, transparente, c/ bordas infláveis - nº 3, autoclavável, não estéril, com adaptador universal. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no M.S.	ROMED	aprovado
177	3	Uni	Máscara p/ ressuscitador, infantil, silic, transp, bordas infláveis - nº 0 – Máscara p/ ressuscitador manual infantil, silicone, transparente, c/ bordas infláveis - nº 0, autoclavável, não estéril, com adaptador universal. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no M.S.	ROMED	aprovado
178	3	Uni	Máscara para uso em Anestesia Inalatória- - nº 4 - adolescente - com coxim inflável - bojo transparente de PVC - sem aroma.	OXIGEL	aprovado
179	3	Uni	Máscara para uso em Anestesia Inalatória- - nº 5 - Adulto- com coxim inflável - bojo transparente de PVC - sem aroma.	OXIGEL	aprovado
181	5	Uni	Reanimador de Silicone Adulto com reservatório e Máscara – Reanimador em silicone, com máscara em formato anatomico, com bordas infláveis, transparente, autoclavável e reservatório com capacidade de 2500 a 2700 ml. Uso Adulto.	SAFTI	aprovado
182	5	Uni	Reanimador de Silicone Infantil com reservatório e Máscara – Reanimador em silicone, com máscara em formato anatomico, com bordas infláveis, transparente, autoclavável e reservatório com capacidade de 2500 a 2700 ml. Uso infantil Reservatorio para reanimador Manual	SAFTI	aprovado
183	5	Un	Reservatorio para reanimador Manual Autoclavável- Adulto – Reservatório de oxigênio p/ ressuscitador pulmonar adulto - 2.500 a 2.700 ml, adaptável a qualquer marca de ressuscitador	ROMED	aprovado
184	5	Un	Reservatorio para reanimador Manual	ROMED	aprovado



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

## Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

			Autoclavável- Infantil – Reservatório de oxigênio p/ ressuscitador pulmonar neonatal - 900 ml, adaptável a qualquer marca de ressuscitador		
185	20	Uni	Tela de Marlex em Polipropileno esterilizado gás óxido de etileno - 10 x 10cm – Tela de Marlex em Polipropileno esterilizado gás óxido de etileno- composição tecido de multidirecional limitada - tamanho 10 x 10 cm monofilamento em polipropileno - tecido de elasticidade	CIRURGICA BRASIL	aprovado
186	10	unid	Tela de Marlex em Polipropileno esterilizado gás óxido de etileno - 15 x 15 cm – Tela de Marlex em Polipropileno esterilizado gás óxido de etileno- composição tecido de monofilamento em polipropileno - tecido de elasticidade multidirecional limitada - tamanho 15 x 15 cm.	CIRURGICA BRASIL	aprovado
197	1000	cx	Luva para procedimentos, tamanho Pequeno, confeccionada em latex natural, integro e uniforme, resistente a tracao, formato anatomico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvivel, com punho de 5 a 10cm de comprimento, descartavel, nao esteril , hipoalergenica, embalagem com dados legiveis de identificacao, procedencia, data de fabricacao, nº do lote, registro no ministerio da saude de acordo com abnt nbr 13392/1995, resolucao anvisa rdc nº 05/2008, resolucao anvisa rdc nº 59/2000, norma regulamentadora 6 - nr6, certificado concedido por organismo de certificacao de produtos acreditada pelo inmetro. caixa com 100 unid	SUPERMAX	aprovado
203	200	cx	Seringa descartável 10 ml s/ agulha, luer-lock – Seringa descartável 10 ml, sem agulha, bico luer lock, siliconizada, estéril, graduação nítida. Êmbolo com pistão(borracha) deslizante. Conexão universal.Embalagem individual com abertura asséptica, contendo 100 unidades.	SR	aprovado
204	20	cx	Seringa descartável 20 ml s/ agulha , bico slip – Seringa descartável 20 ml, sem agulha, bico tipo slip, siliconizada, estéril, graduação nítida. Êmbolo com pistão(borracha) deslizante. Conexão universal.Embalagem individual com abertura asséptica, contendo 100 unidades.	SR	aprovado
207	150	PCT	Seringa descartável para insulina, 1 ml com agulha 8 mm x 0,30 mm – Seringa descartável para insulina, 1 ml. Capacidade em UI (Unidade de Insula/Unidade Internacional): 100UI . Comprimento: 8mm. Calibre: 0,30mm (30g). Bisel trifacetado; Confeccionadas em prolipropileno especialmente desenvolvimento para as seringas BD, proporcionando maior transparência; Êmbolo	BD	aprovado



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

## Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

			não se desprende do cilindro devido ao especial anel de retenção; Seringas + agulha: praticidade na preparação e menor risco de contaminação. Pacote com 10 unidades .		
219	3	cx	Sonda Endotraqueal c/ balão 3,5 - tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopa ca, uma via, curvado anatomicamente, ponta distal é biselada, com cuff, estéril, cx c/ 10.	VITALGOLD	aprovado
220	3	cx	Sonda Endotraqueal c/ balão 4,0- tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopa ca, uma via, curvado anatomicamente, ponta distal é biselada, com cuff, estéril, cx c/ 10.	VITALGOLD	aprovado
221	3	cx	Sonda Endotraqueal c/ balão 4,5- tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopa ca, uma via, curvado anatomicamente, ponta distal é biselada, com cuff, estéril, cx c/ 10.	VITALGOLD	aprovado
222	5	cx	Sonda Endotraqueal c/ balão 5,0- tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopa ca, uma via, curvado anatomicamente, ponta distal é biselada, com cuff, estéril, cx c/ 10.	VITALGOLD	aprovado
223	5	cx	Sonda Endotraqueal c/ balão 5,5- tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopa ca, uma via, curvado anatomicamente, ponta distal é biselada, com cuff, estéril, cx c/ 10.	VITALGOLD	aprovado
224	5	cx	Sonda Endotraqueal c/ balão 6,0 - tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopa ca, uma via, curvado anatomicamente, ponta distal é biselada, com cuff, estéril, cx c/ 10.	VITALGOLD	aprovado
225	5	cx	Sonda Endotraqueal c/ balão 6,5 - tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopa ca, uma via, curvado anatomicamente, ponta distal é biselada, com cuff, estéril, cx c/ 10.	VITALGOLD	aprovado
229	5	cx	Sonda Endotraqueal c/ balão 8,5 - tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopa ca, uma via, curvado anatomicamente, ponta distal é biselada, com cuff, estéril, cx c/ 10.	VITALGOLD	aprovado
230	2	cx	Sonda Endotraqueal c/ balão 9,0- tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopa ca, uma via, curvado anatomicamente, ponta distal é biselada, com cuff, estéril, cx c/ 10.	VITALGOLD	aprovado
235	50	Uni	Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 20 – Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 20, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, siliconizada, com valvula de segurança	MEDSONDA	aprovado



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

## Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

			eficaz de facil manipulação, perfeita vedação com funil de drenagem e balão 30 cc.		
263	100	unid	Sonda uretral, descartável, estéril - nº 04 – Sonda uretral, descartável, estéril - nº 04, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, com tampa fixa, atóxica, siliconizada.	MEDSONDA	aprovado
264	100	unid	Sonda uretral, descartável, estéril - nº 06 – Sonda uretral, descartável, estéril - nº 06, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, com tampa fixa, atóxica, siliconizada.	MEDSONDA	aprovado
265	300	unid	Sonda uretral, descartável, estéril - nº 08 – Sonda uretral, descartável, estéril - nº 08, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, com tampa fixa, atóxica, siliconizada.	MEDSONDA	aprovado
266	100	unid	Sonda uretral, descartável, estéril - nº 10 – Sonda uretral, descartável, estéril - nº 10, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, com tampa fixa, atóxica, siliconizada.	MEDSONDA	aprovado
267	50	unid	Sonda uretral, descartável, estéril - nº 12 – Sonda uretral, descartável, estéril - nº 12, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, com tampa fixa, atóxica, siliconizada.	MEDSONDA	aprovado
268	30	unid	Sonda uretral, descartável, estéril - nº 14 – Sonda uretral, descartável, estéril - nº 14, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, com tampa fixa, atóxica, siliconizada.	MEDSONDA	aprovado
269	20	unid	Sonda uretral, descartável, estéril - nº 16 – Sonda uretral, descartável, estéril - nº 16, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, com tampa fixa, atóxica, siliconizada.	MEDSONDA	aprovado
270	20	unid	Sonda uretral, descartável, estéril - nº 18 – Sonda uretral, descartável, estéril - nº 18, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, com tampa fixa, atóxica, siliconizada.	MEDSONDA	aprovado
271	20	unid	Sonda uretral, descartável, estéril - nº 20 – Sonda uretral, descartável, estéril - nº 20, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, com tampa fixa, atóxica,	MEDSONDA	aprovado



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

			siliconizada.		
291	20	Uni	Pinça Adson 14 cm	ABC	aprovado
292	20	Un	Pinça Adson serrilhada 14 cm	ABC	aprovado
294	10	Uni	Pinça Anatômica dissecação 16 cm	WELDON	aprovado
295	10	Uni	Pinça Dente de Rato 12 cm	WELDON	aprovado
296	10	Un	Pinça Iris curva 12 cm	ABC	aprovado
303	5	Pacote	Tampa p/ tudo de ensaio 12 x 75 PP/OS amarela c/ 1000 unidades.	CRAL PLAST	aprovado
304	5	Pacote	Tubo de Ensaio OS cristal 12 x 75 c/ 1000 unidades	CRAL PLAST	aprovado
318	600	Frasco	Alcool etílico hidratado 70% ou 70°, desinfetante a base de álcool etílico a 70% p/v, indicado p/ superfícies fixas, antiseptia da pele em procedimentos de medio e baixo risco, constando os dados de identificação, procedencia. numero do lote, data de fabricação e validade e registro no m. s. - unid. contendo 1l	PROLINK	aprovado
319	5	frascos	Benzina retificada 1000 ml – Hexana, líquido incolor com odor suave, frasco de 1000 ml.	ALPHATEC	aprovado
334	5	Uni	Papagaio Inox capacidade de 1 litro	FORTINOX	aprovado
335	100	ROLO	Papel milimetrado para ECG 63 mm x 30 m- – Papel (63mm x 30 m) milimetrado para ECG, em formulário contínuo para impressão de eletrocardiograma.	BIOMED	aprovado
337	200	Uni	Escova descartável de degermação seca – Escova descartável, cirúrgica, de degermação seca, para antissepsia de mãos e braços , composta por corpo plástico flexível dotado de cerdas macias e não abrasivas e de esponja de poliuretano apta a receber a solução.	RIOQUIMICA	aprovado
349	10	Un	Filtro de carvão ativado - para destilador de água portátil 3,8 litros/hora, 127/220 volts, modelo DESIPT, série M16EW0461	CRISTOFILI	aprovado
350	10	Un	Filtro da resistência para destilador de água portátil 3,8 litros/hora 127/220 volts, modelo DESIPT, série M16EW0461	CRISTOFILI	aprovado

Itambé/PR, 11 de dezembro de 2017.

\_\_\_\_\_  
Maria de Almeida da S. Moreto  
Presidente\*

\* Comissão de Recebimento e Análise de Amostras (Decreto Nº 038/2017).