



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

REF.: Pregão (Presencial) Nº 51/2017.

OBJETO: Aquisição de Produtos de Uso Médico para atender as necessidades do Centro de Saúde e Hospital Municipal.

PROCEDIMENTO: Conforme item "3.8" do Edital e item "II" do Termo de Referência.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS AMOSTRAS: A fim de possibilitar a verificação dos itens ofertados às especificações elencadas neste documento, serão considerados como critérios avaliativos do produto:

a) Qualidade; b) Durabilidade; c) Usabilidade; d) Adequabilidade às necessidades dos pacientes.

EMPRESA: LARISMED - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES - CNPJ: 03.860.740/0001-96

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	ANALISE
28	100	Uni	Almotolia plástica branca, transparente, bico reto - 250 ml – Almotolia plástica branca, transparente, bico reto - 250 ml, composta de bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada em polietileno, resistente, flexível, bisnaga inteira, com graduação em alto relevo.	J.PROLAB	aprovado
94	500	pct	compressa de gase hidrófila 7,5 x 7,5, confeccionado com 13 fios em tamanho nominal de 7,5 x 7,5 cm, com 8 camadas, 5 dobras. a compressa aberta tem aproximadamente uma area de 450 cm, cor branca, isentas de impurezas, substancias gordurosa, amido, corantes corretivos, bordas devidamente voltadas p/ dentro, que evita soltura de fios, isenta de defeitos prejudiciais a sua perfeita utilizacao, embalada em pacote plastico com 500 unidades, embalado individualmente.	LARISMED	aprovado
119	72	unid	Fio de sutura Catgut cromado nº 2-0 c/agulha 4cm, 1/2, cilíndrica – Fio de sutura cirúrgica Catgut cromado, estéril- nº 2.0 com agulha 4cm, 1/2 de círculo cilíndrica, 75 cm de comprimento. Embalagem unitária interna de alumínio com tamanho da agulha desenhado em formato real, esterilização em raios gama cobalto 60, com ótima fixação do nó cirurgico, alta resistencia à tração.	TECHNOFI O	aprovado
120	72	Uni	Fio de sutura Catgut cromado nº 2-0 c/agulha 4cm, 1/2, triangular– Fio de sutura cirúrgica Catgut cromado, estéril- nº 2.0 com agulha 4cm, 1/2 de círculo cilíndrica, 75 cm de comprimento. Embalagem unitária interna de alumínio com tamanho da agulha desenhado em formato real, esterilização em raios gama cobalto 60, com ótima fixação do nó cirurgico, alta resistencia à tração.	TECHNOFI O	aprovado
140	720	Uni	Fio de sutura nylon 4-0 1/2 TRIANGULAR. Com agulha 2,0 cm. Com fio resistente, preto monofilamento ou USP, não absorvível classe II, estéril e agulha triangular/cuticular. Com 45 cm de compr., agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Esterilização: raios gama ou cobalto 60.	TECHNOFI O	aprovado
161	20	Frasco	Frasco umidificador plástico, graduado, para oxigênio 250 ml – Frasco umidificador plástico, graduado, para oxigenio 250 ml. Rosca interna de metal resistente. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no M.S.	PROTEC	aprovado
164	3	cx	Lamina de bisturi nº20, indicada para cortar tecidos celulares em procedimento cirurgicos. usada em cabo de bisturi numero 3, produzida em aco carbono, esterilizada por raio gama, embalados individualmente em material aluminizado com absorvente de umidade na parte interna. caixa com 100 unid.constando externamente na embalagem os dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao e validade, numero de lote e registro no m.s	SOLIDOR	aprovado
187	350	par	Luva cirurgica nº 6,5 esteril, esterelizada a raio gama cobalto 60 e/ou eto, antiderrapante, confeccionada em latex natural, formato anatomico, flexibilidade, resistencia e sensibilidade tactil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com po bio	MAXITEX	aprovado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

			absorvível pelo organismo, embalada em envelope grau cirurgico contendo 1 par selado a quente nos quatro lados sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asseptica do material, os dados de identificacao bem como fabricacao/validade, esterilizacao deverao ser estampados na face externa, reg. m.s.		
190	500	par	Luva cirurgica nº 8,0 esteril, esterelizada a raio gama cobalto 60 e/ou eto, antiderrapante, confeccionada em latex natural, formato anatomico, flexibilidade, resistencia e sensibilidade tactil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com po bio absorvível pelo organismo, embalada em envelope grau cirurgico contendo 1 par selado a quente nos quatro lados sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asseptica do material, os dados de identificacao bem como fabricacao/validade, esterilizacao deverao ser estampados na face externa, reg. m.s.	MAXITEX	aprovado
201	200	cx	Seringa descartável 05 ml s/ agulha, luer-lock – Seringa descartável 05 ml, sem agulha, bico luer lock, siliconizada, estéril, graduação nítida. Êmbolo com pistão(borracha) deslizante. Conexão universal.Embalagem individual com abertura asséptica, contendo 100 unidades.	DESCARPA CK	aprovado
226	5	cx	Sonda Endotraqueal c/ balão 7,0- tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopa ca, uma via, curvado anatomicamente, ponta distal é biselada, com cuff, estéril, cx c/ 10.	VITAL GOLD	aprovado
227	5	cx	Sonda Endotraqueal c/ balão 7,5- tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopa ca, uma via, curvado anatomicamente, ponta distal é biselada, com cuff, esyeril, cx c/10	VITAL GOLD	aprovado
228	5	cx	Sonda Endotraqueal c/ balão 8,0 - tubo em PVC especial, atóxico, siliconizado, com linha azul radiopa ca, uma via, curvado anatomicamente, ponta distal é biselada, com cuff, estéril, cx c/ 10.	VITAL GOLD	aprovado
237	100	Uni	Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 06 – Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 06, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, siliconizada, com valvula de seguança eficaz de facil manipulação, perfeita vedação com funil de drenagem e balão 30 cc.	MEDSOND A	aprovado
280	500	Frasco	Soro glicosado 250 ml - Sistema fechado Solução para aplicação endovenosa, apirogênica. Bolsa transparente, de fácil abertura, flexível, isento de PVC (trilaminado) em polipropileno, conector rígido, rótulos e tampas coloridas. Rótulo contendo registro do responsável técnico, nº de lote, fabricação, data de validade e registro no Ministério da Saúde.	J.P	aprovado
315	40	PCT	Saco de Lixo Branco Leitoso - Infectante - 40 Litros c/ 100 - micra 0,07	VIVA BOX	aprovado
316	50	PCT	Saco de Lixo Branco Leitoso - Infectante - 100 Litros c/ 100 - micra 0,07	VIVA BOX	aprovado
317	10	frascos	Água oxigenada – água oxigenada 10 V - 1000 ml.	FARMAX	aprovado
322	100	Frasco	Detergente enzimático, biodegradável, atóxico, ph neutro, contendo 4 enzimas nas seguintes proporções: protease maior ou igual a 150g/l (15%), amilase maior ou igual a 100g/l (10%), lipase maior ou igual a 100g/l (10%), carbohidrase maior ou igual a 7100g/l (10%), em detergente não iônico com concentração menor que 30g/l, não corrosivo, não irritante para pele e mucosas sob forma pura (não diluído), que não forme espuma ou que esta se desfaça rapidamente. para uso manual ou em lavadoras automáticas, termodesinfectoras de instrumentais e materiais cirúrgicos em geral, endoscópios, videoscópios e materiais de assistência respiratória . acondicionado em frasco plástico contendo de 1000 ml. embalagem primária com dados de identificação, composição e concentração, indicação, modo de uso, data de fabricação, data de validade, número de lote, nome do responsável técnico com número de crf ou crq e registro na anvisa ou ministério da saúde.	KELLDRIN	aprovado
338	500	Uni	Esparadrapo impermeavel extra flexivel tecido 100% algodao, com	MISSNER	aprovado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

			tratamento acrilico adesivo a base de oxido de zinco e borracha natural e resinas, cor branca, que nao desfie as bordas, facil de rasgar. 10cm x 4,5m, com capa.		
341	1000	unid	Fita microporosa 2,5cmx10m, fita cirurgica, constituída de rayon viscoso nao trancado,poroso, extra flexivel, superficie adesiva impregnada de substancia a base de eter sintetico quimicamente inerte, medindo 4,5mm de largura x 10m de comprimento, hipoalergenico, constando na embalagem os dados de identificacao, procedencia, fabricacao, validae, numero de lote e registro no m.s.	MISSNER	aprovado

Itambé/PR, 11 de dezembro de 2017.

Maria de Almeida da S. Moreto
Presidente*

* Comissão de Recebimento e Análise de Amostras (Decreto Nº 038/2017).