



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

REF.: Pregão (Presencial) Nº 51/2017.

OBJETO: Aquisição de Produtos de Uso Médico para atender as necessidades do Centro de Saúde e Hospital Municipal.

PROCEDIMENTO: Conforme item "3.8" do Edital e item "II" do Termo de Referência.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS AMOSTRAS: A fim de possibilitar a verificação dos itens ofertados às especificações elencadas neste documento, serão considerados como critérios avaliativos do produto:

a) Qualidade; b) Durabilidade; c) Usabilidade; d) Adequabilidade às necessidades dos pacientes.

EMPRESA: LIDERANÇA HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 10.784.720/0001-49

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	ANALISE
6	24	cx	Curativo absorvente redondo tipo bandagem medica de tecido nao tecido poroso de baixo peso, coberta uniformemente em um de seus lados com um adesivo acrilico, hipoalergico, microporoso e sensivel a pressao. e um disco absorvente de tecido nao tecido hidroentrelacado de poliester, livre de aditivos corantes, com 0,8 milímetros de espessura, proporcionando a absorcao ideal para sangramento produzido apos a puncao venosa, aplicacao de injecoes, procedimentos pos escleroterapia ou pequenos curativos domesticos. cx c/ 500 unid	cremer	aprovado
7	40	cx	Dispositivo masculino p/ incontinência urinária nº 04 pequeno – Dispositivo masculino p/ incontinência urinária nº 04 pequeno, em latex natural centrifugado a 60%, pré talcado, atóxico, formato anatômico, que se desenrole sobre o órgão genital masculino, registro no M.S., data fabricação, lote e validade.	inovatex	aprovado
8	100	cx	Dispositivo masculino p/ incontinência urinária nº 05 médio – Dispositivo masculino p/ incontinência urinária nº 05 médio, em latex natural centrifugado a 60%, pré talcado, atóxico, formato anatômico, que se desenrole sobre o órgão genital masculino, registro no M.S., data fabricação, lote e validade.	inavatex	aprovado
10	1000	Uni	Especulo vaginal, descartável, estéril, lubrificado - nº 01 / pequeno – Especulo vaginal, descartável, estéril, lubrificado – nº 01 / pequeno. Registro no MS.	vagispec	aprovado
74	20	unid	Cânula de guedel, PVC - nº 0 – Cânula de guedel nº 0, confeccionada em PVC atóxico, transparente, anatômico, sem rebarbas e inodoro. Resistente á desinfecção. Registro MS.	advantive	aprovado
75	20	unid	Cânula de guedel, PVC - nº 01 – Cânula de guedel nº 01, confeccionada em PVC atóxico, transparente, anatômico, sem rebarbas e inodoro. Resistente á desinfecção. Registro MS. transparente, anatômico, sem rebarbas e inodoro. Resistente á desinfecção. Registro MS.	advantive	aprovado
76	20	unid	Cânula de guedel, PVC - nº 02 – Cânula de guedel nº 02, confeccionada em PVC atóxico, transparente, anatômico, sem rebarbas e inodoro. Resistente á desinfecção. Registro MS.	advantive	aprovado
77	20	unid	Cânula de guedel, PVC - nº 03 – Cânula de guedel nº	advantive	aprovado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

			03, confeccionada em PVC atóxico, transparente, anatômico, sem rebarbas e inodoro. Resistente á desinfecção. Registro MS.		
78	20	unid	Cânula de guedel, PVC - nº 04 – Cânula de guedel nº 04, confeccionada em PVC atóxico, transparente, anatômico, sem rebarbas e inodoro. Resistente á desinfecção. Registro MS.	advantive	aprovado
79	20	unid	Cânula de guedel, PVC - nº 05 – Cânula de guedel nº 05, confeccionada em PVC atóxico, transparente, anatômico, sem rebarbas e inodoro.	advantive	aprovado
80	20	unid	Cânula de guedel, PVC - nº 06 – Cânula de guedel nº 06, confeccionada em PVC atóxico, transparente, anatômico, sem rebarbas e inodoro. Resistente á desinfecção. Registro MS.	advantive	aprovado
81	50	Uni	Cateter nasal para oxigenoterapia, descartável, estéril - nº 04 – Cateter nasal para oxigenoterapia, descartável, estéril - nº 04, em plástico atóxico, flexível, siliconizado, ponta arredondada e atraumática, cor verde, com orifícios permeáveis. Embalada individualmente.	medsonda	aprovado
82	50	Uni	Cateter nasal para oxigenoterapia, descartável, estéril - nº 06 – Cateter nasal para oxigenoterapia, descartável, estéril - nº 06, em plástico atóxico, flexível, siliconizado, ponta arredondada e atraumática, cor verde, com orifícios permeáveis. Embalada individualmente.	medsonda	aprovado
83	50	Uni	Cateter nasal para oxigenoterapia, descartável, estéril - nº 08 – Cateter nasal para oxigenoterapia, descartável, estéril - nº 08, em plástico atóxico, flexível, siliconizado, ponta arredondada e atraumática, cor verde, com orifícios permeáveis. Embalada individualmente.	medsonda	aprovado
208	200	Un	Sonda de aspiração traqueal nº 10 ,siliconizada,esterelizada em oxido de etileno,apirogenico,descartavel, embalado em papel grau cirurgico e filme plastico laminado ,constando extrenamente os dados de identificacao, procedencia, fabricacao/validade, lote e esterilizacao e registro no ministerio da saude.	medsonda	aprovado
209	200	Uni	Sonda de aspiração traqueal nº 12 ,siliconizada,esterelizada em oxido de etileno,apirogenico,descartavel, embalado em papel grau cirurgico e filme plastico laminado ,constando extrenamente os dados de identificacao, procedencia, fabricacao/validade, lote e esterilizacao e registro no ministerio da saude.	medsonda	aprovado
210	100	Uni	Sonda de aspiração traqueal nº 14 ,siliconizada,esterelizada em oxido de etileno,apirogenico,descartavel, embalado em papel grau cirurgico e filme plastico laminado ,constando extrenamente os dados de identificacao, procedencia, fabricacao/validade, lote e esterilizacao e registro no ministerio da saude.	medsonda	aprovado
211	80	Uni	Sonda de aspiração traqueal nº 16 ,siliconizada,esterelizada em oxido de	medsonda	aprovado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

			etileno,apirogenico,descartavel, embalado em papel grau cirurgico e filme plastico laminado ,constando extrenamente os dados de identificacao, procedencia, fabricacao/validade, lote e esterilizacao e registro no ministerio da saude.		
212	80	Uni	Sonda de aspiração traqueal nº 18 ,siliconizada,esterelizada em oxido de etileno,apirogenico,descartavel, embalado em papel grau cirurgico e filme plastico laminado ,constando extrenamente os dados de identificacao, procedencia, fabricacao/validade, lote e esterilizacao e registro no ministerio da saude.	medsonda	aprovado
213	50	Uni	Sonda de aspiração traqueal nº 20 ,siliconizada,esterelizada em oxido de etileno,apirogenico,descartavel, embalado em papel grau cirurgico e filme plastico laminado ,constando extrenamente os dados de identificacao, procedencia, fabricacao/validade, lote e esterilizacao e registro no ministerio da saude.	medsonda	aprovado
214	50	Uni	Sonda de aspiração traqueal nº 4 ,siliconizada,esterelizada em oxido de etileno,apirogenico,descartavel, embalado em papel grau cirurgico e filme plastico laminado ,constando extrenamente os dados de identificacao, procedencia, fabricacao/validade, lote e esterilizacao e registro no ministerio da saude.	medsonda	aprovado
215	200	Uni	Sonda de aspiração traqueal nº 6 ,siliconizada,esterelizada em oxido de etileno,apirogenico,descartavel, embalado em papel grau cirurgico e filme plastico laminado ,constando extrenamente os dados de identificacao, procedencia, fabricacao/validade, lote e esterilizacao e registro no ministerio da saude.	medsonda	aprovado
216	200	Uni	Sonda de aspiração traqueal nº 8 ,siliconizada,esterelizada em oxido de etileno,apirogenico,descartavel, embalado em papel grau cirurgico e filme plastico laminado ,constando extrenamente os dados de identificacao, procedencia, fabricacao/validade, lote e esterilizacao e registro no ministerio da saude.	medsonda	aprovado
231	100	Uni	Sonda Foley nº 14 Sonda foley, calibre 14, balão de 30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas viasna extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda deverá apresentar a marca comercial, nº do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico.	advantive	aprovado
232	300	Uni	Sonda Foley nº 16 Sonda foley, calibre 16, balão de 30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas viasna extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda deverá apresentar a marca comercial, nº do	advantive	aprovado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

			calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico.		
233	200	Uni	Sonda Foley nº 18 Sonda foley, calibre 18, balão 30-50cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas viasna extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda deverá apresentar a marca comercial, nº do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico.	advantive	aprovado
234	80	Uni	Sonda Foley nº 20 Sonda foley, calibre 20, balão 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas viasna extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda deverá apresentar a marca comercial, nº do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico.	advantive	aprovado
254	50	Uni	Sonda p/nutrição enteral c/ fio guia, poliuretano, 2 vias- nº 08 FR – Sonda para nutrição enteral c/ fio guia, poliuretano, 2 vias, - nº 08 FR , estéril, para nutrição nasogástrica ou duodenal, que permita longa permanência.	cpl	REPROVADO
255	200	Uni	Sonda para nutrição enteral c/ fio guia, poliuretano, 2 vias, - nº 12 FR – Sonda para nutrição enteral c/ fio guia, poliuretano, 2 vias, - nº 12 FR , adulto, 120 a 130 cm de comprimento, estéril, para nutrição nasogástrica ou duodenal, que permita longa permanência.	cpl	REPROVADO
256	100	unid	Sonda retal, descartável, estéril - nº 06 – Sonda retal, descartável, estéril - nº 06 , confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, com tampa fixa, atóxica, siliconizada.	medsonda	aprovado
257	100	unid	Sonda retal, descartável, estéril - nº 08 – Sonda retal, descartável, estéril - nº 08 , confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, com tampa fixa, atóxica, siliconizada.	medsonda	aprovado
258	100	unid	Sonda retal, descartável, estéril - nº 10 – Sonda retal, descartável, estéril - nº 10 , confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, com tampa fixa, atóxica, siliconizada.	medsonda	aprovado
259	100	unid	Sonda retal, descartável, estéril - nº 12 – Sonda retal, descartável, estéril - nº 12 , confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, com tampa fixa, atóxica, siliconizada.	medsonda	aprovado
260	80	unid	Sonda retal, descartável, estéril - nº 16 – Sonda retal, descartável, estéril - nº 16 , confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares	medsonda	aprovado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

			em toda sua extensão, flexível, com tampa fixa, atóxica, siliconizada.		
261	50	unid	Sonda retal, descartável, estéril - nº 18 – Sonda retal, descartável, estéril - nº 18 , confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, com tampa fixa, atóxica, siliconizada.	medsonda	aprovado
262	30	unid	Sonda retal, descartável, estéril - nº 20 – Sonda retal, descartável, estéril - nº 20 , confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, com tampa fixa, atóxica, siliconizada.	medsonda	aprovado
288	10	Uni	cabo de bisturi 3 em aço inoxidável	professional	aprovado
289	10	Uni	cabo de bisturi 4 em aço inoxidável	professional	aprovado
293	10	Uni	Pinça Anatômica dissecação 14 cm	professional	aprovado
299	10	Uni	Porta Agulha Crile Wood - Stark 15 cm	professional	aprovado
300	10	unid	Porta agulha Mayo Hegar 16 cm	professional	aprovado
301	10	unidade	Porta agulha Mayo-Hegar 14 cm	professional	aprovado
302	10	Un	Porta Agulha Mayo Hegar 12 cm	professional	aprovado
327	30	Uni	Esfigmomanômetro portátil com fecho em metal com manômetro aneróide adulto médio, braçadeira em nylon – Esfingmomanômetro- Manômetro de alta precisão e blindagem protetora contra desregulagens e/ou choques; Braçadeira confeccionado em tecido antialérgico, manguito com pera em látex de qualidade superior, e fecho em metal.	missori	aprovado
328	5	Uni	Esfigmomanômetro portátil com fecho em metal com manômetro aneróide adulto Obeso, braçadeira em nylon – Esfingmomanômetro- Manômetro de alta precisão e blindagem protetora contra desregulagens e/ou choques; Braçadeira confeccionado em tecido antialérgico, manguito com pera em látex de qualidade superior, fecho em metal.	missori	aprovado
329	4	Uni	Esfigmomanômetro portátil com fecho em metal com manômetro aneróide infantil, braçadeira em nylon – Esfingmomanômetro- Manômetro de alta precisão e blindagem protetora contra desregulagens e/ou choques; Braçadeira confecciona em tecido antialérgico, manguito com pera em látex de qualidade superior, fecho em metal.	missori	aprovado
332	20	Pacote	Eletrodo Auto Adesivo 5 cm x 5 cm c/ 4 unidades	vitalpore	aprovado
333	20	Pacote	Eletrodo Auto Adesivo 9 cm x 5 cm c/ 4 unidades	vitalpore	aprovado
345	100	Pacote	Avental descartável, branco, em prolipropileno, manga longa, punho em elástico, com abertura posterior. tamanho Único, Gramatura 25 a 30 gramas. – Avental descartável, branco, 100% polipropileno, com manga longa, com punho c/ elástico, com abertura posterior, com tiras externas para amarrar na cintura e pescoço.pacote c/ 10 unidades.	2i	aprovado
346	100	Uni	Bota de Unna elástica – 10 a 10,20 cm x 9 a 10 m. – Bota de Unna elástica – 10 a 10,20 cm x 9 a 10 m. Bandagem de viscosse e poliamida com elasticidade bi-direcional, impregnada com pasta c o m p o s t a p o r ó x i d o d e z i n c o , propil-4-hidroxibenzoato, metil-4-	casex	aprovado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

			hidroxibenzoato, gelatina, cloreto de cálcio, glicerol 85%, álcool secundário, emulsão antiespumante de silicone SE 2 e água. Embalada unitariamente em envelope laminado por polietileno e alumínio.		
347	2	Pacote	Tubo de silicone nº 205 - tubo de silicone nº 205 - 8,00 x 11,5 mm, 100 % silicone puro, cor natural transparente, parede interna lisa de espessura uniforme, parede externa com resistencia a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave). Pacote com 15 Metros.	kinnder	aprovado
348	2	Pacote	Tubo de silicone nº 206 - tubo de silicone nº 206 - 8,00 x 12,80 mm, 100 % silicone puro, cor natural transparente, parede interna lisa de espessura uniforme, parede externa com resistencia a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave),	kinnder	aprovado

Itambé/PR, 11 de dezembro de 2017.

Maria de Almeida da S. Moreto
Presidente*

* Comissão de Recebimento e Análise de Amostras (Decreto Nº 038/2017).