



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

REF.: Pregão (Presencial) Nº 51/2017.

OBJETO: Aquisição de Produtos de Uso Médico para atender as necessidades do Centro de Saúde e Hospital Municipal.

PROCEDIMENTO: Conforme item "3.8" do Edital e item "II" do Termo de Referência.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS AMOSTRAS: A fim de possibilitar a verificação dos itens ofertados às especificações elencadas neste documento, serão considerados como critérios avaliativos do produto:

a) Qualidade; b) Durabilidade; c) Usabilidade; d) Adequabilidade às necessidades dos pacientes.

EMPRESA: UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - EPP - CNPJ: 18.161.599/0001-00

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	analise
17	30	Uni	Micronebulizador adulto completo c / prolongamento, em PVC p/ ar comprimido – A d a p t a - s e a qualquer marca de inalador/nebulizador . Micronebulizador com máscara, em pVC atóxico , com entrada de ar através de bico, extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento , tamanho adulto, rosca na cor amarelo.	DARU	aprovado
37	100	rolo	Papel grau cirúrgico c/ filme plástico - 100 mm x 100 M – Papel grau cirúrgico com filme plástico - 100 mm de largura x 100 metros de comprimento, constituído de celulose alvejado com filme plástico transparente de polietileno e polipropileno.	CRISTOFOLI	aprovado
40	30	rolo	Papel Grau cirúrgico c/ filme plástico - 250 mm x 100M – Papel grau cirúrgico com filme plástico - 250 mm de largura x 100 metros de comprimento, constituído de celulose alvejado com filme plástico transparente de polietileno e polipropileno.	CRISTOFOLI	aprovado
55	500	cxs	Agulha nº 25 X 8 cx c/ 100 unid. Com bisel tri-facetado, cânula siliconizada e identificada por cores condizentes ao padrão correspondente ao tamanho e calibre. Agulha estéril embalada individualmente, acondicionadas em caixas secundárias com 100 unidades.	SR	aprovado
62	90	cx	Cateter intravenoso periférico nº 20. Cateter intravenoso periférico confeccionado em polímero radiopaco siliconizado flexível calibre 20G, agulha siliconizada e com bisel bi-angulado e tri-facetado. Com protetor do conjunto agulha/cateter, com conector tipo Luer-Lok codificada por cores e tampa da câmara de refluxo com ranhuras. Embalados unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso e descartável. Cx. c/ 50 unidades.	POLYON	REPROVADO
69	250	ROLO	Algodao hidrofílo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorção, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de branquidão, peso líquido 500gr, embalado em saco plástico individual, constando externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e validade e	NATHALIA	REPROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

			registro no m.s.		
84	300	Uni	Cateter nasal para oxigenoterapia, descartável, estéril - tipo óculos – Cateter nasal para oxigenoterapia, descartável, estéril - tipo óculos, em plástico atóxico, flexível, siliconizado, ponta arredondada e atraumática, cor verde, com orifícios permeáveis. Embalada individualmente.	MEDSONDA	aprovado
89	500	Un	Coletor de Material Pérfuro-Cortante 13L Papel cartão duplo e encerado que evite vazamento de fluídos e líquidos, dupla trava, duplo revestimento internode sacola com bandeja pré-montada e alça dupla. Contendo informações como material infectante, simbologia, com tabela para identificação, capacidade (13L). segundo normas padronizadas para desprezo de material pérfuro-cortante.	MEDIX	aprovado
157	15	unid	Fluxometro de O2 0 - 1,5 L/min – Fluxometro de O2 0 - 1,5 L/min	OXIGEL	aprovado
180	4	Uni	"Otoscópio com cabo em metal cromado inoxidável para duas pilhas médias comuns , revestido por capa antiderrapante para melhor empunhadura,cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade. visor móvel.lâmpada incandescente de 2,5 v., 05 (cinco) espéculos auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos seguintes calibres e quantidades: 01 espéculo de diâmetro 2,8 mm nº 1,01 espéculo de diâmetro 4,15 mm nº 2, 01 espéculo de diâmetro 5,0 mm nº 3,01 espéculo de diâmetro 6,0 mm nº 4, 01 espéculo de diâmetro 9,0 mm nº 5 ,funciona com 2 pilhas médias (tipo c) -	MIKATOS	aprovado
188	500	par	Luva cirurgica nº 7,0 esteril, esterelizada a raio gama cobalto 60 e/ou eto, antiderrapante, confeccionada em latex natural, formato anatomico, flexibilidade, resistencia e sensibilidade tactil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com po bio absorvivel pelo organismo, embalada em envelope grau cirurgico contendo 1 par selado a quente nos quatro lados sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asseptica do material, os dados de identificacao bem como fabricacao/validade, esterilizacao deverao ser estampados na face externa, reg. m.s.	MAXITEX	aprovado
195	600	cx	Luva para procedimentos, tamanho grande, confeccionada em latex natural, integro e uniforme, resistente a tracao, formato anatomico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvivel, com punho de 5 a 10cm de comprimento, descartavel, nao esteril , hipoalergenica, embalagem com dados legiveis de identificacao, procedencia, data de fabricacao, nº do lote, registro no ministerio da saude de acordo com abnt nbr 13392/1995, resolucao anvisa rdc nº 05/2008, resolucao anvisa rdc nº 59/2000, norma regulamentadora 6 - nr6, certificado concedido por organismo de certificacao de produtos acreditada pelo inmetro. caixa c/ 100 unid	SUPERMAX	aprovado
202	15	cx	Seringa descartável 10 ml s/ agulha, bico slip –	SR	aprovado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

			Seringa descartável 10 ml, sem agulha, bico slip, siliconizada, estéril, graduação nítida. Êmbolo com pistão(borracha) deslizante. Conexão universal.Embalagem individual com abertura asséptica, contendo 100 unidades.		
238	100	Uni	Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 08 – Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 08, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, siliconizada, com valvula de seguança eficaz de facil manipulação, perfeita vedação com funil de drenagem e balão 30 cc.	MEDSONDA	aprovado
239	100	Uni	Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 10 – Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 10, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, siliconizada, com valvula de seguança eficaz de facil manipulação, perfeita vedação com funil de drenagem e balão 30cc.	MEDSONDA	aprovado
240	100	Uni	Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 12 – Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 12, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, siliconizada, com valvula de seguança eficaz de facil manipulação, perfeita vedação com funil de drenagem e balão 30 cc.	MEDSONDA	aprovado
241	80	Uni	Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 14 – Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 14, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, siliconizada, com valvula de seguança eficaz de facil manipulação, perfeita vedação com funil de drenagem e balão 30 cc.	MEDSONDA	aprovado
242	80	Uni	Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 16 – Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 16, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, siliconizada, com valvula de seguança eficaz de facil manipulação, perfeita vedação com funil de drenagem e balão 30 cc.	MEDSONDA	aprovado
243	50	Uni	Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 18 – Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 18, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, siliconizada, com valvula de seguança eficaz de facil manipulação, perfeita vedação com funil de drenagem e balão 30 cc .	MEDSONDA	aprovado
244	50	Uni	Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 04 – Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 04, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, siliconizada, com valvula de seguança eficaz de facil manipulação, perfeita vedação com funil de drenagem e balão 30 cc .	MEDSONDA	aprovado
245	100	Uni	Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 06 –	MEDSONDA	aprovado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

			Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 06, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, siliconizada, com valvula de seguança eficaz de facil manipulação, perfeita vedação com funil de drenagem e balão 30 cc.		
246	100	Uni	Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 08 – Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 08, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, siliconizada, com valvula de seguança eficaz de facil manipulação, perfeita vedação com funil de drenagem e balão 30 cc.	MEDSONDA	aprovado
247	100	Uni	Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 10 – Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 10, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, siliconizada, com valvula de seguança eficaz de facil manipulação, perfeita vedação com funil de drenagem e balão 30 cc.	MEDSONDA	aprovado
248	100	Uni	Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 12 – Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 12, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, siliconizada, com válvula de segurança eficaz de fácil manipulação, perfeita vedação com funil de drenagem e balão 30 cc.	MEDSONDA	aprovado
249	100	Uni	Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 14 – Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 14, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, siliconizada, com valvula de seguança eficaz de facil manipulação, perfeita vedação com funil de drenagem e balão 30 cc.	MEDSONDA	aprovado
250	50	Uni	Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 16 – Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 16, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, siliconizada, com valvula de seguança eficaz de facil manipulação, perfeita vedação com funil de drenagem e balão 30 cc.	MEDSONDA	aprovado
251	50	Uni	Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 18 – Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 18, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, siliconizada, com valvula de seguança eficaz de facil manipulação, perfeita vedação com funil de drenagem e balão 30 cc.	MEDSONDA	aprovado
252	30	Uni	Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 20 – Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 20, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, siliconizada, com valvula de seguança eficaz de facil manipulação, perfeita vedação com funil de drenagem e balão 30 cc.	MEDSONDA	aprovado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 34 - Fone/Fax (44) 3231-1222

[e-mail: prefeitura@itambe.pr.gov.br](mailto:prefeitura@itambe.pr.gov.br)

CNPJ 76.282.698/0001-47

253	20	Uni	Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 22 – Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 22, confeccionada em polivinil, transparente, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, siliconizada, com valvula de seguança eficaz de facil manipulação, perfeita vedação com funil de drenagem e balão 30 cc.	MEDSONDA	aprovado
284	6000	ampola	Soro fisiológico à 0,9% 10mL - Solução para aplicação endovenosa, apirogênica. Frasco ampola transparente, de fácil abertura, flexível, isento de PVC em prolipropileno, rótulo contendo registro do responsável técnico, nº de lote, fabricação, data de validade e registro no Ministério da Saúde.	EQUIPLEX	aprovado
342	50	unid	Fita teste para autoclave de temperatura, uso em autoclave, com boa aderencia e com alteração de coraçao apos exposição á alta temperatura , embalado em rolo de 19mmx 30mm, em material que garanta a integridade do produto.	MASTERFIX	aprovado
344	200	Uni	Indicador biologico do tipo auto - contido com tempo de resposta de no maximo 48 hrs, composto por uma tira de papel contendo uma populacao microbiana minima de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de geobacillus sterothermophillus, (com certificado de qualidade assegurada), para controle biologico dos processos de esterilizacao a vapor saturado. cada ampola devera possuir um rotulo externo que informe o lote e a data de fabricacao, campos p/ identificacao da ampola e um indicador quimico externo que diferencia as ampolas processads das nao processadas. em comodato, uma icubadora de indicadores biologicos auto-contidos p/ vapor, que acondicione 4 ampolas de indicadores biologicos. temperatura de 57 graus +/- . aparelho eletrico (bivolt)	CLEAN UP	aprovado

Itambé/PR, 11 de dezembro de 2017.

Maria de Almeida da S. Moreto
Presidente*

* Comissão de Recebimento e Análise de Amostras (Decreto Nº 038/2017).