

RETIFICAÇÃO DO LOTE 26 do PE 25/2020

O ANEXO 02 PASSA TER A SEGUINTE REDAÇÃO

Conta no edital a descrição do lote 26, da seguinte forma:

LOTE 26

Valor Máximo do Lote: R\$11.146,64 (onze mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Ordem	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. (R\$)	Valor Máx. Total. (R\$)
1	Detector fetal de mesa DF - 4000 - Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetal. Modelo de mesa. Alta sensibilidade para ausculta coeltiva. Frequência entre 2,0 e 2,25 mhz. Ciclagem de 6.000 a 60.000.	UN	8	1.393,33	11.146,64

PARA EVITAR QUALQUER INDICIO DE DIRECIONAMENTO O LOTE 26 PASSA TER A SEGUINTE REDAÇÃO

LOTE 26

Valor Máximo do Lote: R\$11.146,64 (onze mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Ordem	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. (R\$)	Valor Máx. Total. (R\$)
1	<i>DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: com tela de LCD, contador numérico digital e bateria recarregável. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais , possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Capacidade de informar dados de localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical com controle de tonalidade de som para filtragem de ruídos indesejáveis. Transdutor de alta sensibilidade. Frequência de operação aproximada 2,0MHZ; compacto, leve e fácil operação com design ergonômico e compartimento para transdutor; Alto falante de alta qualidade; Entrada para fone de ouvido e gravador de som. Possui som com volume ajustável e alarme sonoro e visual; Bateria interna recarregável e carregador bivolt que realiza o carregamento integrado ao equipamento, manual escrito na língua portuguesa, apresentar registro na ANVISA, garantia de no mínimo 01 ano</i>	UN	8	1.393,33	11.146,64


FRANCISLEY PEREIRA

PREGOEIRO