Lote	Item	Cetil	Un.	Descrição	Marca	Empresa	Justificativa
1	1	45.046	Unidade	Aparelho de Ultrassom com jato de bicarbonato. Piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência entre 30 kHz e 33kHz; Deverá possuir reservatório removível para água ou outros líquidos irrigantes, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento; o equipamento deverá ser fornecido com no mínimo 4 pontas; O acionamento deve ser através do pedal único para ultrassom e jato de bicarbonato. O aparelho deve conter: Peça de mão de bicarbonato de sódio, peça de mão de ultrassom, Painel de controle, Alta frequência na ponta ativa. Dimensões aproximadas (A x C x L): 12,5 x 24 x 21,8 cm; Potência mínima 36W; Alimentação: Bivolt 127V/220V. Possuir Registro ANVISA Garantia: mínima de 12 meses. CATMAT: 416674	Kondentech	Pietra Odonto	Não atende por não possuir pastilhas cerâmicas
1	2	45.047	Unidade	Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas com emissão de luz por um único LED. Constituído de quatro partes: base de descanso com carregador, bateria de lítio, peça de mão, ponteira de fibra óptica e protetor ocular. Bateria de lítio 3,7V com mínimo 1400 mAh. Peça de mão, leve e anatômicos wireless (sem fio). Botão de acionamento com função liga e desliga incorporada, tempo de 20 segundos com bip sonoro de 5 em 5 segundos. LED azul; potência luminosa mínima de 1200 mW/cm ² , comprimento de onda aproximando de 420 a 480 nm (nanômetro). Voltagem Bivolt. Garantia mínima de 12 meses; com registro na ANVISA. CATMAT: 416252	Dentemed	Miamimed	Não atende por não possuir luz por um ÚNICO LED.

Lote	Item	Cetil	Un.	Descrição	Marca	Empresa	Justificativa
1	4	45.049	Unidade	Destilador de água, indicado para destilação de água para uso em autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação que necessite de água destilada. Capacidade do reservatório de água comum: 4 litros; mínimo de produção 1L/hora; Voltagem: 110 ou Bivolt; Dimensões do produto aproximadamente (CxLxA): 230x230x390mm. Itens Inclusos: 1 destilador, 1 reservatório para água comum, 1 reservatório para água destilada, no mínimo 3 filtros de carvão ativado e 1 filtro da resistência e 1 manual de instruções. Garantia mínima de 1 ano. CATMAT: 452823	Kondentech	Pietra Odonto	APROVADO
1	5	45.050	Unidade	Gaveteiro auxiliar odontológico com 6 gavetas, com a medida total do móvel: 67cm altura; 50cm largura; 42cm profundidade. Gavetas: 03 Gavetas com medidas aproximadas: 06 x 33 x 38,5 cm; 02 Gavetas com medidas aproximadas: 07 x 33 x 38,5 cm; 01 Gaveta com medida aproximada 12 x 33 x 38,5 cm. Corrediças Telescópicas. 04 Rodízio de Silicone. Material: MDF com espessura: 15mm. Puxadores de alumínio. Gaveteiro na cor BRANCO. (O produto deve ser entregue montado). CATMAT: 367804.	Própria	Viola Mix	APROVADO

Lote	Item	Cetil	Un.	Descrição	Marca	Empresa	Justificativa
1	6	45.051	Kit	<p>Material Clínico:</p> <p>cabo para espelho de aço inoxidável – autoclavável</p> <p>Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável – autoclavável</p> <p>Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável- autoclavável</p> <p>Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável – autoclavável</p> <p>Pinça para algodão de aço inoxidável – autoclavável</p> <p>Espátula nº 01 de aço inoxidável – autoclavável</p> <p>Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável – autoclavável</p> <p>Escavador de dentina nº 11 de aço inox – autoclavável</p> <p>Material para ART Cortante de Black duplo nº 14/15</p> <p>Espátula de plástico para ionômero</p> <p>Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável</p> <p>Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavável</p> <p>Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável</p> <p>Escavador de dentina nº 17 de aço inox - autoclavável</p> <p>Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável</p> <p>Cabo de bisturi nº 3 de aço inox- autoclavável</p> <p>Holleback 3 S de aço inox- autoclavável, CATMAT: 446326.</p>	Golgran	Odontomed - Canaa	Na proposta da empresa nao consta a espátula nº 1 e espátula de plástico, será entregue junto com os demais?
1	7	45.052	Unidade	<p>Micromotor de bancada (para uso em reparo e finalização de prótese dentária); motor por indução; Seleção automática 110V/220/Bivolt; Rotação mínima de 45.000 RPM; Torque mínimo de 4,8N.cm; Caneta por indução; Controle de velocidade no pedal ou comando; Controle de rotação direita e esquerda. Composto por: 1 micromotor, 1 caneta por indução, 1 suporte de caneta e 1 pedal. Garantia mínima de 12 meses. CATMAT: 470995</p>	Beltec	Suprimedice	APROVADO

Lote	Item	Cetil	Un.	Descrição	Marca	Empresa	Justificativa
1	8	45.053	Unidade	Negatoscópio slim , Sistema de iluminação por LED, Dimensões mínimas aproximadas do produto: 290 x 7 x 180 mm. (C x L x A), três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado); equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo. O material do visor é de acrílico. Tensão de alimentação bivolt, frequência de alimentação de 60 Hz. Cores das bordas: Branco. Garantia mínima de 12 meses. CATMAT: 397633.	Biotron	Odontomedi	APROVADO