



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 76 175 918/0001-33

Rua Bruno Estrifika, 625 Centro Fone: (42) 32471248 – 84460-000 Ivaí-PR
e-mail: saudeivai@yahoo.com.br

Ofício nº 809/2022

Ivaí, 20 de Setembro de 2022.

Assunto: Solicitação empresa Hospilab Comercio de Materiais Hospitalares
Refer.: Impugnação Processo Pregão Eletrônico Nº 132/2022 – Licitação Nº 182/2022 – Processo Eletrônico Nº 109/2022.

Ilustríssimo,

A Secretaria Municipal de Ivaí, dentro de suas atribuições legais vem por meio deste solicitar implementação referente a descrição de produto Para o item 4 (Monitor Multiparamétrico) referente ao Processo Pregão Eletrônico Nº 132/2022 – Licitação Nº 182/2022 – Processo Eletrônico Nº 109/2022.

Acata-se a indicação pela prensa, sendo assim que a descrição do produto seja da seguinte forma:

Monitor Multiparamétrico: Parâmetros básicos requeridos em todos os tipos de leitos hospitalares: ECG de 7 derivações, Frequência Respiratória, Oximetria de Pulso, Pressão Não Invasiva, Temperatura e Capnografia. O monitor com as opções de Pressão Invasiva, Tela Sensível ao Toque, Impressora Térmica e outras. Oximetria de PLC e Nellcor monitorização efetiva mesmo em pacientes com baixa perfusão ou em movimento. A Capnografia ativada com a simples conexão de um sensor mainstream ou sidestream de baixo fluxo, CardioTec ECG realizar a análise de até 26 tipos de arritmias e análise de segmento ST em pacientes adultos, pediátricos e neonatais com baixíssima suscetibilidade a ruídos e alta precisão na leitura do ECG de 7 derivações. Alarmes que atendam integralmente a norma técnica ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 76 175 918/0001-33

Rua Bruno Estrifika, 625 Centro Fone: (42) 32471248 – 84460-000 Ivaí-PR
e-mail: saudeivai@yahoo.com.br

ECG: Reconhecimento automático do cabo de ECG, Full Disclosure de até 48 horas, 4 modos de filtros, reorganização automática de derivações em caso de desconexão de algum eletrodo. Oximetria: Tecnologia PLC padrão, com opções para Nellcor e Masimo. Índice de Perfusão numérico, Alarme Sat Seconds (Nellcor). Pressão Invasiva: 13 legendas de PI, medidas automáticas de PPV (Delta PP) e SPV (Variação de Pressão Sistólica) inclusas. Outros: Grau de proteção IPX1, impressora térmica incorporada, calculadoras (de medicamentos, hemodinâmica, oxigenação, ventilação e função renal), memória de 160 horas do paciente atual, grava na memória dados de até 100 pacientes, modo noturno, espera e privado, bi-volt automático, monitor Mínimo 15".

Documento assinado digitalmente
gov.br NICOLI CROCOLI
Data: 20/09/2022 10:20:48-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Nicoli Crocoli
Secretária Municipal de Saúde de Ivaí

Ilmo.

WELTON ADEMIR FERREIRA

Diretor departamento de Licitações
Prefeitura Municipal de Ivaí – PR