

ESCLARECIMENTO - PREGÃO 056/2019.

ITEM 16 - MESA GINECOLOGICA:

1 - Peso: Deverá ter resistência de no mínimo até 150kg.

2 - “deverá ter: uma porta e duas gavetas no lado esquerdo, uma porta central com uma prateleira interna, uma porta e duas gavetas no lado direito.

Obs: as 03 portas serão na mesma largura, sendo que as portas laterais terão altura reduzida para acomodar duas gavetas na parte de baixo:

3 - Os registros dos equipamentos junto aos órgãos reguladores serão fiscalizados pela SMS no recebimento dos itens.

4 - As características dos equipamentos constantes no Anexo 01 do edital, são de responsabilidade da SMS. (Lei 10520/02 Art 3º Inciso I e III).

Imbituva/PR 23/05/2019.

Amilton Tiago de Souza

Pregoeiro