SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 76 175 918/0001-33

Rua Bruno Estrifika, 625 Centro Fone: (42) 32471248 – 84460-000 Ivaí-PR
e-mail: saudeivai@yahoo.com.br

Ofício nº 375/2019 SMS

Ivaí, 16 de Setembro de 2019.

Assunto: Resposta da Secretaria Municipal de Saúde de Ivaí pregão eletrônico nº 092/2019.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ivaí dentro de suas atribuições vem por meio deste relatar que os itens da licitação pregão eletrônico nº092/2019 processo administrativo nº 074/2019, segue as considerações:

- Referente à requerida empresa MEDICALWAY aceita-se o pronunciamento e constata-se que no manual da empresa ganhadora DENTAL ALTA MOGIANA não possui regulagem de altura como solicitado e não possui em manual a função de pós-processamento de medidas após salvar no Cine.
- Referente a requerida empresa MEDEFE aceita-se o pronunciamento e constata-se que a marca vencedora não segue edital sendo o tampo do carro de emergência em POLIETILENO.
- Referente a requerida empresa MEDEFE aceita-se o pronunciamento e constata-se que a marca vencedora do lote 16 – item 01 –Bomba de Infusão não apresenta registro na ANVISA e não é empilhável devendo possuir sistema de alarmes com sinais visuais e sonoros diferenciados.
- A empresa Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria encaminhou informação por e-mail que seu aparelho é compatível com CR (em anexo).
- A empresa Medefe Produtos médicos hospitalares LTDA não apresenta parecer técnico de sistema eletrônico com alarme e desligamento automático para frasco cheio e Microfiltro Bacteriológico (solicitado, porém sem retorno).

É o que tínhamos para o momento, Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Tania Kielt
Secretaria Municipal de Saúde de Ivaí-PR
Decreto:066/2018
Tania Kielt
Secretária Municipal de Saúde de Ivaí

Ilmo Sr.
Welton Ademir Ferreira
Presidente Licitação
Ivaí