

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IMBITUVA

* * ESTADO DO PARANÁ * *

Município de Imbituva - 2020

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - Pregão 86/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO - RECURSO

3.304/2019/FMS/SUS

TIPO DE ADJUDICAÇÃO : Por item

OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, CONFED CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM ESTRUTURA EM AÇO, ESPUMA INJETADA E REVESTIMENTO INJETADO EM PVC, 2 APOIOS DE BRAÇOS ANATÔMICOS E REBATÍVEIS, ACIONAMENTO POR MOTOREDUTOR ELÉTRICO E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA. CADEIRA DEVE POSSUIR 8 MOVIMENTOS: 4 INDIVIDUAIS, 4 AUTOMÁTICOS SINCRONIZADOS (2 POSIÇÕES DE TRABALHO E VOLTA À ZERO PROGRAMÁVEIS PELO PROFISSIONAL) E LAST POSITION (ÚLTIMA POSIÇÃO DE TRABALHO ACIONADA). ESTOFAMENTO SEM TRAMAS DE TECIDO NA PARTE INTERNA E ESTOFAMENTO MODELO " COMFORT" (COM CONFORMAÇÃO	OLSEN	SPRINT T	CJ	1,00	13.200,00	13.200,00

		PRÉ-AJUSTADA AO CONTO DO CORPO DO PACIENTE). CARACTERÍSTICAS DO EQUIPO: EQUIPO TIPO BRAÇO ARTICULADO ACOPLADO; SUPORTE DOS INSTRUMENTOS INTEGRADO À MESA; 4 TERMINAIS TODOS COM ENCAIXE BORDEN, INCLUINDO A SERINGA TRÍPLICE; SERINGA TRÍPLICE ORIGINAL (NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA) COM ENCAIXE BORDEN E ACIONAMENTO DO MECANISMO ÁGUA/AR COM BOTÕES NA POSIÇÃO VERTICAL (UM ACIMA DO OUTRO – NÃO PODE SER LADO A LADO); REGULAGEM DA ÁGUA E DO AR SPRAY ACOPLADO AO ENCAIXE BORDEN; TODAS AS MANGUEIRAS TRIPLAS (COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DE REFRIGERAÇÃO EM TODAS AS PONTAS – AR/ÁGUA/SPRAY); ENCAIXE DOS INSTRUMENTOS COM INCLINAÇÃO 45°, COM TRAVA DE ENCAIXE SUAVE (A TRAVA DEVE SEGUIR A POSIÇÃO DE INCLINAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E NÃO PODE TER CANTOS OU ÂNGULOS VIVOS, ELES DEVEM SER ARREDONDADOS) CARACTERÍSTICAS DO REFLETOR: REFLETOR COM DUPLO PEGA MÃO; LIGA E DESLIGA SINCRONIZADO COM OS MOVIMENTOS DA CADEIRA; BRAÇO						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		ARTICULADO; REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA DE 8.000 LUX A 25.000 LUX. CARACTERÍSTICAS DO PEDAL DE COMANDO: TODAS AS FUNÇÕES DA CADEIRA DEVEM ESTAR NO PEDAL INTEGRADO DE COMANDO (SOMENTE UM PEDAL); ACIONA FUNÇÕES DA CADEIRA, REFLETOR, CONTROLE PROGRESSIVO DA ROTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E ACIONAMENTO DA ÁGUA DA UNIDADE AUXILIAR; ALÇA PARA TRANSPORTE; NÃO PODE SER ACOPLADO À CADEIRA. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE AUXILIAR: REBATÍVEL COM ÂNGULO DE 45°; PORTA DETRITOS NA MANGUEIRA DE SUÇÃO; CUBA DE PORCELANA AUTOCLAVÁVEL; DOIS SUGADORES DE ALTA POTÊNCIA; SERINGA TRÍPLICE COM ENCAIXE BORDEN; TUBULAÇÃO TOTALMENTE EMBUTIDA NA CADEIRA. CARACTERÍSTICAS DO MOCHO: SISTEMA A GÁS PARA REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO; BASE GIRATÓRIA COM CINCO RODÍZIOS; REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E DA ALTURA POR ALAVANCA INDEPENDENTE; AJUSTE ANATÔMICO E SEM COSTURA.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		CARACTERÍSTICAS DAS SAÍDAS PARA INSTALAÇÃO: SEGUINDO OS PADRÕES DISPONÍVEIS NAS SALAS DE ATENDIMENTO (DISPONÍVEIS PARA VISTORIA); TUBULAÇÃO, ENGATES E ENCAIXES DEVEM FICAR TODOS DEBAIXO DA CADEIRA (SEM TUBULAÇÃO APARENTE). A EMPRESA VENDEDORA DEVERÁ SER RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, AO QUAL DEVERÁ SER FEITA POR UM TÉCNICO CADASTRADO PELA EMPRESA FABRICANTE, DEVENDO ESTAR O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO DE MANEIRA EFICAZ EM TODAS AS SUAS FUNÇÕES						
TOTAL								13.200,00

VALOR TOTAL: R\$13.200,00 (Treze Mil e Duzentos Reais)

O presente Termo Adjudica o objeto à empresa vencedora.

Imbituva/PR, 08/10/2020.

Amilton Tiago de Souza
Pregoeiro