

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IMBITUVA

* * ESTADO DO PARANÁ * *

Município de Imbituva - 2020

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - Pregão 96/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE AVANÇADO - RESOLUÇÃO 987/2020 SESA/PR
TIPO DE ADJUDICAÇÃO : Por item

MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unid	Quant i	Preço	Preço total
1	1	VEICULO AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, CONF ED VEICULO AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, COM FURGÃO DE NO MÍNIMO 10,5M³, VEICULO 0 KM, MÍNIMO 2020/2020, POTÊNCIA MÍNIMA 150 CV, DIESEL, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRAULIZA, PNEUS MÍNIMO R16, MEDIDAS EXTERNAS: ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 2.550MM, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR SUPERIOR A 5.900MM, TRAÇÃO TRASEIRA, ITENS ORIGINAIS DE FABRICA: AR CONDICIONADO DIANTEIRO, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, ALARME, ESPELHOS RETROVISORES ELÉTRICOS, PLOTAGEM ADESIVAGEM EXTERNA. PRAZO DE GARANTIA DO VEICULO CONFORME MANUAL DE REVISÕES.(RESOLUÇÃO 987/2020 SESA/PR, PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE) DESCRIPTIVO DA TRANSFORMAÇÃO TRANSFORMAÇÃO COM ISOLAMENTO TERMO – ACÚSTICO CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS, TETO E PISO EM (PRFV) FIBRA DE VIDRO SEM EMENDAS PARA ASSEPSIA COMPLETA , TOTALMENTE LAVÁVEL, HIGIENIZÁVEL, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; PISO ANTIDERRAPANTE EM FIBRA DE VIDRO TOTALMENTE LAVÁVEL, HIGIENIZÁVEL, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; ARMÁRIO SUPERIOR COM PORTAS DESLIZANTES EM ACRÍLICO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO DE COR CLARA COM APROXIMADAMENTE 3.000 MM DE COMPRIMENTO TOTAL E 320 MM DE ALTURA INTERNA, SEM EMENDAS TOTALMENTE LAVÁVEL, HIGIENIZÁVEL, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; ARMÁRIO INFERIOR COM BANCADA PARA MEDICAMENTOS, LOCAL PARA GUARDA E FIXAÇÃO DE PRANCHA, PORTAS DESLIZANTES EM ACRÍLICO, E LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE BATERIA. CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO DE COR CLARA, COM APROXIMADAMENTE 2.550 MM DE COMPRIMENTO E 800 MM DE ALTURA,	MERCEDES BENS SPRINTER	UNI	1,00	230.000,00	230.000,00

	SENDO QUE A BANCADA TERÁ APROXIMADAMENTE 1.550 MM DE COMPRIMENTO E 340 MM DE PROFUNDIDADE, SEM EMENDAS, TOTALMENTE LAVÁVEL, HIGIENIZÁVEL, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; ARMÁRIO PARA ACONDICIONAMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO 16 LITROS, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO DE COR CLARA, COM APROXIMADAMENTE 920 MM DE ALTURA INTERNA E 690 MM DE LARGURA INTERNA, SEM EMENDAS TOTALMENTE LAVÁVEL, HIGIENIZÁVEL, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; BANCO DO ASSISTENTE REVESTIDO EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA COM POLTRONA ANATÔMICA GIRATÓRIA, COM CINTOS DE SEGURANÇA NÃO RETRÁTEIS E ENCOSTO DE CABEÇA; 01 UM BANCO BAÚ EM FIBRA DE VIDRO, COM APROXIMADAMENTE 1.750 MM DE COMPRIMENTO E 420 MM DE ALTURA, TOTALMENTE LAVÁVEL, HIGIENIZÁVEL NA LATERAL PARA 02 PESSOAS COM CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAIS, ESTOFAMENTOS EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ENCOSTOS DE CABEÇA, ASSENTOS E ENCOSTOS DAS COSTAS INDIVIDUAIS, LOCAL PARA LIXEIRA DESCARTÁVEL; MACA RETRÁTIL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.970 MM, CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEÍCULO, COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL, PROVIDA DE RODÍZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES A OXIDAÇÃO, PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, SISTEMA DE FREIOS COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O FECHAMENTO INVOLUNTÁRIO DAS PERNAS DA MACA QUANDO NA POSIÇÃO ESTENDIDA, PROJETADA DE FORMA A PERMITIR A RÁPIDA RETIRADA E INSERÇÃO DA VÍTIMA NO COMPARTIMENTO DA VIATURA, COM A UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE RETRAÇÃO DOS PÉS ACIONADO PELO PRÓPRIO IMPULSO DA MACA PARA DENTRO E PARA FORA DO COMPARTIMENTO, PODENDO SER MANUSEADA POR APENAS UMA PESSOA, 03 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS À MESMA, EQUIPADA COM TRAVAS RÁPIDAS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO, SEM RISCOS PARA A VÍTIMA, PROVIDA DE SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE EM PELO MENOS 45 GRAUS E COM A CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 KG, SEM CORTE NA LATARIA PARA DESLOCAMENTO DA MACA DENTRO DA CABINE E SEM DESLOCAMENTO DO BANCO CARONA NA CABINE PARA FRENTE A FIM DE NÃO COMPROMETER A SEGURANÇA DO PASSAGEIRO E CASO DE ACIONAMENTO DO AIRBAG. DEVERÃO SER APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA FABRICANTE DA MACA E REGISTRO OU CADASTRAMENTO NA ANVISA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES. ENSAIO DA MACA ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004 FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO; ILUMINAÇÃO INTERNA					
--	---	--	--	--	--	--

		COM 02 LUMINÁRIAS ALÓGENAS NO TETO; 03 LUMINÁRIAS NO TETO EM LEDS; 01 FAROL DE EMBARQ					
TOTAL							230.000,00

VALOR TOTAL: R\$230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais)

O presente Termo Adjudica o objeto à empresa vencedora.

Imbituva/PR, 20/11/2020.

Amilton Tiago de Souza
Pregoeiro