

Ubiratã 16 de Março de 2016.

Justificativa

Através da análise feita pelos profissionais da área da saúde que verificaram a marca ganhadora Chaperini do equipamento compressor odontológico verificaram que o mesmo possui capacidade de tanque maior sendo que não apresentaria problemas, pois estaríamos ganhando, contudo tornam assim suas dimensões maiores dificultando suas instalações nos locais apropriados já que os mesmos possuem lugar pronto para serem instalados.

Outro detalhe analisado seria o fluxo de ar que é menor ao do descritivo fazendo que o item ganhador não atenda as especificações do edital.

Item 3-

	Capacidade de tanque	Dimensões	Fluxo de ar	Potência do motor
Edital	65l	510x765x510mm	424 l/min	1,12 HP/830 W (127 V) 1,14 HP/850 W (220 V)
Empresa ganhadora	150l	1220x600x1110m m	340l/min	2X 1 HP (127 V OU 230 V)

Roselaine Lopes da Silva Ribas

Coordenadora Centro de Especialidades Odontológicas



Ubiratã 16 de Março de 2016

Justificativa

Após análise feita pelos profissionais na área odontológica sobre o produto ganhador item 02 compressor odontológico foi constatado que o produto da marca DENTAL AIR modelo DA 2000-40 VF da empresa Pride atende as especificações, informações técnicas do edital, sendo que não consta nada que interfira na entrega do produto.

Sem mais para o momento nos colocamo-nos a disposição.



Roselaine Lopes Silva Ribas

